


A Escala Osstell ISQ


BASEADA EM EVIDÊNCIAS



A importância da tendência

Meça o ISQ na colocação do implante como um valor inicial para as medições de acompanhamento.

Uma tendência crescente do ISQ (ou estável alto) indica a transição da estabilidade mecânica inicial para a estabilidade biológica secundária.



Recomenda-se repetir a medição do ISQ antes de decidir quanto a restauração final.

Definições

Carga imediata: menos de 1 semana após a colocação do implante

Carga precoce: entre 1 semana e 2 meses após a colocação do implante

Carga convencional: mais de 2 meses após a colocação do implante

Fonte: Weber, H. & Morton, Dean & Gallucci, German & Rocuzzo, Mario & Cordaro, Luca & Grütter, Linda. (2009).

Declarações de consenso e procedimentos clínicos recomendados sobre protocolos de carga. Int J Oral Maxillofac Implants. 24 Suppl. 180-3.

A carga convencional do implante é previsível em todas as situações clínicas e é particularmente recomendada na presença de modificadores de tratamento, como baixa estabilidade primária do implante, aumento ósseo substancial, implantes de dimensões reduzidas e condições do hospedeiro comprometidas.

Fonte: ITI

Referências Científicas

1. Sennerby L. Implantologie 2013;21(1):21-33
2. Kokovic V, Jung R, Feloutzis A, Todorovic V, Jurisic M, 2. Hämmerle C. Clinical Oral Implants Research, 00, 2013, 1-6
3. Bornstein M, Hart C, Halbritter S, Morton D, Buser D. Clin Implant Dent Relat Res 2009
4. Serge Baltayan, Joan Pi-Anfruns, Tara Aghaloo, Peter Moy J Oral Maxillofac Surg 74:1145-1152, 2016
5. Östman P-O. Clinical Implant Dentistry and Related. Research, Volume 7, Supplement 1, 2005
6. Rodrigo D, Aracil L, Martin C, Sanz M. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255-261
7. Pagliani L, Sennerby L, Petersson A, Verrocchi D, Volpe S & Andersson P. Journal of Oral Rehabilitation 2012
8. Trisi P, Carlesi T, Colagiovanni M, Perfetti G. Journal of Osteology and Biomaterials, Volume 1, Number 3, 2010